SWISS MADE

Instructions for use

myQuickmat Forte starter kit

sectional matrix systems

polydentia
swiss manufacture

M02213 - REV 00 03.2024

Application



Tines removal

Tines placement on myRing Forte

MOD and multiple tooth restorations

Restoration of adjacent cavities

myRing Forte Reset

polydentia
swiss manufacture

Polydentia SA
via Cantonale 47
6934 Bioggio/Ceresio-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch

en - ENGLISH

Sectional matrix systems
All individual components are CE marked
Medical Devices Kit for professional use only

Instructions for use

Description
This kit features myRing Forte, a sectional matrix ring that adapts to both teeth of different crown heights and wide cavity preparations, thanks to its extremities (myTines Small, myTines Medium and myTines Large). In case of dissimilar tooth morphologies, the autoclavable and replaceable myTines can be used interchangeably to enhance matrix adaptation. The kit comprises a selection of myWedge, high-quality, anatomical interdental plastic wedges. Their hollow V-shape allows them to compress and adapt to the interproximal anatomy of the teeth, preventing damage to the papilla. LumiContrast and QuickmatFLEX sectional matrices complete the kit's matrix assortment.

Composition
myRing Forte: Stainless steel | myTines: thermoplastic
LumiContrast matrices: Stainless steel | QuickmatFLEX matrices: Titanium
myWedge: thermoplastic

Indications
myQuickmat Forte starter kit is indicated for strong tooth separation in order to create contact points in the restoration of Class II cavities. myRing Forte's anatomically shaped resustable tines ensure perfect matrix adaptation and myWedge forms the matrix band to the cervical area of the tooth.

Contraindications
None known.

Side effects
There are no known side effects. Promptly report any serious incident by contacting your distributor or Polydentia.

Interactions with other medical devices or products
There are no known interactions.

Information for the patient
No information for the patient related to myQuickmat Forte starter kit is necessary.

Preservation and storage
Store in a clean, dry environment away from moisture or excessive humidity.

Warnings
Due to the presence of small and sharp components, the use of a rubber dam is mandatory to avoid accidental ingestion or aspiration. Always ensure myRing Forte using dental floss. In case of accidental inspiration of a myQuickmat Forte starter kit component (matrix, ring, tines or wedge) seek immediate medical attention. In case of ingestion of a myQuickmat Forte starter kit component, it is strongly recommended seeking for medical assistance and locate the ingested components. If illness develops after ingestion, consult a doctor immediately. All Polydentia reusable components are non-sterile and must be appropriately disinfected, cleaned and sterilized before the first use. Please refer to the Cleaning, disinfection and Sterilization Instructions at www.polydentia.ch.

Application
① **Prepare the cavity:** Remove the carious lesion and prepare the tooth with a conservative Class I preparation. Even if the contact was not totally broken the matrix can be placed. ② **Place the matrix:** Select an appropriate matrix band according to the tooth morphology and restoration type. Place the contoured sectional matrix with the concave edge towards the occlusal margin using your fingers or with tweezers. ③ **Wedging:** Select the appropriate sized myWedge to close the gingival margin, and insert it firmly. When needed maintain a finger on the matrix band to avoid dislodging during wedging. ④ **Place myRing Forte:** Expand myRing Forte using Polydentia's myForceps; enlarge it just enough to position it on the tooth. Carefully place myRing Forte over the wedge as far gingivally as possible. ⑤ **Stretch the matrix:** For an excellent contact burnish the band against the adjacent tooth, using a ball burnisher or tweezer. ⑥ **Restore the cavity:** Restore the cavity according to the filling material manufacturer's instructions. ⑦ **Remove the sectional matrix system:** Remove myRing Forte, the wedge and the matrix. Our suggestion for an easy matrix removal is to use the special Polydentia myQuickmatrix Forceps. ⑧ **Finishing and polishing:** With thin burs remove any small excess of material then polish the restoration according to manufacturer's recommendations.

Disposal
Because of their composition, matrices and wedges can not be sterilized and are therefore single use devices. Do not reuse them. Properly dispose devices contaminated with potentially infectious substances of human origin, in accordance with local regulations.

Ring reconditioning
For a proper, effective and safe reconditioning of the myRing Forte and their extremities read the Cleaning, Disinfection and Sterilization Instructions at www.polydentia.ch.

Tips & tricks using myQuickmat Forte starter kit

Tines removal Ⓐ Ⓑ
Tines must be disassembled before cleaning and sterilizing. To remove the tines correctly, it is important to preserve the internal anatomical wings.
✅ Pull from HERE. ❌ DO NOT pull from HERE.

Tines placement on myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Tines are replaceable and supplied in pairs. You can easily detach the tines, avoid finger pressure on the internal anatomical wings to preserve them. Make sure tines are placed on myRingForte as shown in the picture. Ⓒ CORRECT POSITIONING: The v-shaped section of myTines must face downwards to accommodate the wedge. CORRECT DISASSEMBLY: Remove myTines by pulling from their main body. Do not pull from their wings.

MOD and multiple tooth restorations Ⓕ
myQuickmat Forte rings are designed to be stacked over one another to perform a MOD and multiple tooth restorations. 1. Prepare the cavities and the matrix as per instructions for use, step 1. 2. Place matrices and wedges on both mesial and distal surfaces of the tooth being restored. 3. Position myRing Forte. 4. Complete the restoration as described in the instructions for use, steps 5 to 8.

Restoration of adjacent cavities Ⓖ
myRing Forte tines are shaped to perfectly adapt the mesial and distal surfaces of two adjacent teeth. This feature allows the restoration of two adjacent cavities at the same time. 1. Prepare the cavities as described in the instructions for use, steps 1. 2. Place matrices and wedges on both teeth being restored. 3. Position myRing Forte. 4. Complete the restoration as described in the instructions for use, steps 5 to 8.

myRing Forte Reset Ⓗ Ⓘ
If myRing Forte is over-expanded it can be retensioned by using Polydentia's myForceps as follows: 1. Remove the tines first. 2. Place myRing Forte within the notches on the forceps. 3. Squeeze forceps closed to return myRing Forte in its perfect shape. ✅ Squeeze.

de - DEUTSCH

Teilmatrizensysteme
Alle Einzelkomponenten sind CE-gekennzeichnet
Medizinprodukte-Set nur für den professionellen Gebrauch

Gebrauchsanweisung

Beschreibung
Dieses Set enthält myRing Forte, einen Teilmatrizenring, der sich dank seiner Enden (myTines Small, myTines Medium und myTines Large) sowohl an Zähne mit unterschiedlichen Kronenhöhen als auch an breite Kavitätenpräparationen anpassen lässt. Im Falle unterschiedlicher Zahnmorphologien können die autoklavierbaren und auswechselbaren myTines austauschbar verwendet werden, um die Anpassung der Matrize zu verbessern. Das Set beinhaltet eine Auswahl an myWedge, hochwertige, anatomische Interdentalkeile aus Kunststoff. Ihre hohle V-Form ermöglicht es ihnen, sich zusammenzudrücken, sich an die Zahnzwischenräume anzuscmiegen und eine Beschädigung der Papille zu verhindern. Das Matrizensortiment des Sets enthält ferner eine Auswahl an LumiContrast und QuickmatFLEX Teilmatrizen.

Zusammensetzung
myRing Forte: edelstahl | myTines: Thermoplast | LumiContrast Matrizen: Edelstahl QuickmatFLEX Matrizen: Titan | myWedge: Thermoplast

Indikationen
myQuickmat Forte starter kit ist für eine starke Zahntrennung angezeigt, um Kontaktpunkte bei der Restauration von Klasse-II-Kavitäten zu schaffen. Die anatomisch geformten, wiederverwendaren Enden von myRing Forte sorgen für eine perfekte Anpassung der Matrize, und myWedge formt das Matrizenband im Zahnhalsbereich.

Gegenanzeigen
Keine bekannt.

Nebenwirkungen
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Melden Sie Ihrem Händler oder Polydentia jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts.

Wechselwirkungen mit anderen medizinischen Vorrichtungen oder Produkten
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Information für Patienten
Der Patient braucht nicht über myQuickmat Forte starter kit aufgeklärt zu werden.

Aufbewahrung und Lagerung
In einer sauberen, trockenen Umgebung lagern und vor Nässe oder übermäßiger Feuchtigkeit schützen.

Warnhinweise
Aufgrund der vorhandenen kleinen und scharfen Bestandteile ist die Anwendung von Kofferdam zwingend erforderlich, um ein versehentliches Verschlucken oder Einatmen zu verhindern. myRing Forte immer mit Zahnseide sichern. Im Falle einer versehentlichen Einatmung einer Komponente myQuickmat Forte starter kit (Matrize, Ring oder seine Enden, Interdentalkeil) sofort medizinische Hilfe hinzuziehen. Im Falle des Verschluckens einer Komponente von myQuickmat Forte starter kit wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, und die aufgenommenen Komponenten zu lokalisieren. Wenn es nach dem Verschlucken zu Unwohlsein kommt, sofort einen Arzt konsultieren. Alle wiederverwendbaren Polydentia-Produkte werden unsterilisiert geliefert und müssen vor erstem Anwendungszweck entsprechend gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Beachten Sie bitte die Anweisungen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation unter www.polydentia.ch.

Anwendung
① **Präparieren der Kavität:** Entfernen Sie die kariöse Läsion und präparieren Sie den Zahn danach als konservative Klasse-II-Präparation. Die Matrize kann auch dann platziert werden, wenn der Kontakt nicht völlig beeinträchtigt war. ② **Platzieren der Matrize:** Wählen Sie ein Matrizenband entsprechend der Zahnmorphologie und des Restaurationstyps aus. Platzieren Sie die bombierte Teilmatrize mit dem konkaven Rand zum okklusalen Rand hin. Verwenden Sie hierzu die Finger oder eine Pinzette. ③ **Verkeilen:** Die passende Größe von myWedge zum Schließen am Zahnfleischrand auswählen und diesen dann fest einsetzen. Halten Sie bei Bedarf einen Finger auf dem Matrizenband, damit es sich beim Verkeilen nicht verschiebt. ④ **Platzieren von myClip 2.0:** Dehnen Sie myRing Forte mit myForceps von Polydentia; Nur so weit dehnen, dass eine Positionierung auf dem Zahnhalsbereich möglich ist. Platzieren Sie myRing Forte mit Gefühl und so weit wie möglich gingival einbringen. ⑤ **Glätten der Matrize:** Glätten Sie das Band gegen den benachbarten Zahn, um einen optimalen Kontakt sicherzustellen. Verwenden sie hierzu ein Kugel-Poliereinstrument oder eine Pinzette. ⑥ **Restaurieren der Kavität:** Richten Sie sich beim Restaurieren der Kavität nach den Anweisungen des Füllmaterial-Herstellers. ⑦ **Entfernen des Teilmatrizensystems:** Entfernen Sie myRing Forte, Keil und Matrize. Um die Matrize problemlos entfernen zu können, empfehlen wir die Verwendung der myQuickmatrix Forceps von Polydentia. ⑧ **Finieren und Polieren:** Entfernen Sie mit einem dünnen Bohrer überschüssiges Material. Sie können anschließend die Restauration nach den Empfehlungen des Herstellers fertigstellen.

Entsorgung
Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Matrizen und Interdentalkeile nicht sterilisiert werden; es handelt sich um Medizinprodukte für den einmaligen Gebrauch. Sie dürfen nicht wiederverwendet werden. Kontaminierte Produkte sind als potenziell infektiöse Agenzien menschlichen Ursprungs entsprechend den lokal geltenden Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

Wiederaufbereitung der Ringe
Hinsichtlich einer ordnungsgemäßen, wirksamen und sicheren Wiederaufbereitung von myRing Forte und dessen Enden lesen Sie bitte die Anweisungen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation unter www.polydentia.ch.

Tipps und Tricks zur Verwendung des myQuickmat Forte starter kit

Entfernen der Enden Ⓐ Ⓑ
Die Enden müssen vor jedem Reinigungs- und Sterilisationszyklus entfernt werden. Damit die Enden korrekt entfernt werden können, ist es wichtig, die inneren anatomischen Flügel zu erhalten. ✅ HIER ziehen. ❌ Hier NICHT ziehen.

Platzierung der Enden auf myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Die Enden sind austauschbar und werden paarweise geliefert. Die Enden lassen sich leicht abziehen; Beim Entfernen sollte mit dem Fingern kein Druck auf die inneren anatomischen Flügel ausgeübt werden, damit diese nicht beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Enden so auf myRing Forte gesetzt werden, wie in der Abbildung gezeigt ist. Ⓒ KORREKTE POSITIONIERUNG: Der V-förmige Teil von myTines muss nach unten zeigen, um den Keil aufzunehmen. KORREKTES AUSEINANDERNEHMEN: Entfernen Sie die myTines, indem Sie an ihrem Hauptkörper ziehen. Ziehen Sie nicht an den Flügeln.

MOD-Restauration und Restauration mehrerer Zähne Ⓕ
myQuickmat Forte Ringe sind dafür bestimmt, übereinander platziert zu werden, um eine MOD-Restauration bzw. eine Restauration mehrerer Zähne durchzuführen. 1. Präparieren Sie die Kavitäten wie in der Gebrauchsanleitung (Schritt 1) beschrieben. 2. Platzieren Sie Matrizen und Interdentalkeile an den mesialen und distalen Flächen des zu restaurierenden Zahns. 3. Positionieren von myRing Forte 4. Schließen Sie die Restauration wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben ab (Schritt 5 bis 8).

myRing Forte wieder in Ursprungsform bringen Ⓗ Ⓘ
Wenn myRing Forte überdehnt wurde, kann er wie folgt mit myForceps von Polydentia in seine ursprüngliche Form gebracht werden: 1. Zuerst die Enden entfernen. 2. Legen Sie myRing Forte in die Kerben der Zange ein. 3. Drücken Sie die Zangengriffe zusammen, um myRing Forte wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen. ✅ Zusammendrücken.

fr - FRANÇAIS

Systèmes matriciels sectionnels
Tous les composants individuels sont marqués CE
Kit de dispositifs médicaux à usage professionnel uniquement

Mode d'emploi

Description
Ce kit est constitué de myRing Forte, un anneau de matrice sectionnelle qui s'adapte aux deux dents de couronnes de hauteurs différentes et aux préparations de cavités vastes grâce à ses extrémités (myTines Small, myTines Medium et myTines Large). En présence de morphologies dentaires différentes, myTines peut être utilisé de manière interchangeable afin d'assurer l'adaptation de la matrice ; il peut être stérilisé en autoclave et il est remplaçable. Le kit comprend un jeu de coins interdentaires anatomiques en plastique de grande qualité myWedge. Le forme en V creuse permet de les comprimer et de les adapter à l'anatomie interproximale des dents, ce qui évite d'endommager les papilles. Les matrices sectionnelles LumiContrast et QuickmatFLEX complètent l'assortiment du kit de matrice.

Composition
myRing Forte : acier inoxydable | myTines : thermoplastique
Matrices LumiContrast : acier inoxydable | Matrices QuickmatFLEX : titane
myWedge : thermoplastique

Indications
Le myQuickmat Forte starter kit est conçu pour la séparation forte des dents afin de créer des points de contact lors de la restauration des cavités de classe II. Grâce à leur forme anatomique, les extrémités réutilisables de myRing Forte assurent une adaptation optimale à la matrice, et myWedge forme la bande de la matrice à partir de la région cervicale de la dent.

Contre-indications
Néant.

Effets secondaires
On ne compte aucun effet secondaire connu. Prière de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant le distributeur ou Polydentia.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits médicaux
Aucune interaction n'est connue.

Informations pour le patient
Aucune information à propos de myQuickmat Forte starter kit n'est nécessaire pour le patient.

Conservation et stockage
Conserver dans un environnement propre et sec à l'abri de l'humidité ou d'une humidité excessive.

Avertissements
En raison de la présence de petits éléments pointus, l'usage d'une digue dentaire en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. Toujours fixer myRing Forte à l'aide de fil dentaire. En cas d'aspiration accidentelle d'un composant de myQuickmat Forte starter kit (matrice, anneau et ses extrémités, coin), consulter immédiatement un médecin. En cas d'ingestion d'un composant du kit myQuickmat Forte starter kit, il est fortement recommandé de consulter un médecin et de localiser les composants ingérés. En cas de maladie suite à l'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Tous les produits réutilisables Polydentia sont fournis à l'état non stérile et doivent être correctement désinfectés, nettoyés et stérilisés avant leur première utilisation. Prière de se référer aux instructions de nettoyage, désinfection et stérilisation sur www.polydentia.ch

Application
① **Préparation de la cavité:** Retirez la lésion cariieuse et préparez la dent selon une procédure conservatrice de classe II. La matrice peut être mise en place même si le contact n'est pas totalement rompu. ② **Mise en place de la matrice:** Sélectionnez une bande de matrice adaptée à la morphologie de la dent et au type de restauration. Placez la matrice sectionnelle bombée avec le bord concave vers la marge occlusale en utilisant les doigts ou une pince. ③ **Calage:** Choisissez un coin myWedge de la dimension appropriée afin de fermer la marge gingivale et insérez-le fermement. Si nécessaire, maintenez un doigt sur la bande de matrice pour éviter son délogement pendant le calage. ④ **Mise en place de myRing Forte:** Déployez myRing Forte en utilisant myForceps de Polydentia ; élargissez-le juste assez pour le positionner sur la dent. Placez myRing Forte soigneusement sur le coin aussi loin que possible de la gencive. ⑤ **Mise en place de la matrice:** Adaptez la bande contre la dent adjacente pour obtenir un excellent contact à l'aide d'un brunissoir ou d'une pince. ⑥ **Restauration de la cavité:** Restaurez la cavité en suivant les indications du fabricant de matériau d'obturation. ⑦ **Retrait du système de matrice sectionnelle:** Retirez myRing Forte, le coin et la matrice. Pour un retrait aisé de la matrice, nous conseillons l'utilisation de la pince spéciale myQuickmatrix Forceps de Polydentia. ⑧ **Finition et polissage:** Avec une fraise fine, retirez les éventuels petits excès de matériau, puis polissez la restauration en suivant les recommandations du fabricant.

Élimination
Du fait de leur composition, les matrices et coins interdentaires ne sauraient être stérilisés et sont donc à usage unique. Ne pas les réutiliser. Eliminer de manière appropriée les dispositifs contaminés par des substances potentiellement infectieuses d'origine humaine, conformément aux dispositions locales.

Reconditionnement de l'anneau
Prière de se référer aux instructions de nettoyage, désinfection et stérilisation sur www.polydentia.ch pour un reconditionnement approprié, efficace et sûr de myRing Forte et ses extrémités. Instructions GR Guide de nettoyage et de stérilisation ou aller sur polydentia.ch.

Conseils et astuces pour l'utilisation de myQuickmat Forte starter kit

Retrait des extrémités Ⓐ Ⓑ
Les extrémités doivent être démontées avant tout nettoyage et stérilisation. Pour retirer correctement les extrémités, il est important de préserver les ailes internes anatomiques internes. Veillez à tirer les extrémités en les saisissant par la partie externe. ✅ Tirez ICI. ❌ Ne PAS tirez ICI.

Mise en place des extrémités sur myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Les extrémités de myRing Forte sont remplaçables et livrées par paires. Vous pouvez aisément détacher les extrémités. Veillez à n'exercer aucune pression avec les doigts sur les ailettes anatomiques internes afin de les préserver. Veillez à placer les extrémités sur myRingForte comme illustré sur la figure. Ⓒ POSITIONNEMENT CORRECT: La section en forme de V de myTines doit être orientée vers le bas pour accueillir le coin. DÉMONTAGE CORRECT: Retirez myTines en tirant par le corps principal. Ne pas tirer sur les ailettes.

Restaurations de MOD et dentaires multiples Ⓕ
La conception des anneaux myQuickmat Forte permet de les empiler l'un sur l'autre lors de la restauration de MOD ou de restaurations dentaires multiples. 1. Préparez les cavités en suivant le mode d'emploi, étape 1. 2. Placez les matrices et les coins sur les deux surfaces mésiale et distale de la dent à restaurer. 3. Mise en place de myRing Forte. 4. Achevez la restauration en suivant les étapes de 5 à 8 du mode d'emploi.

Restauration de cavités adjacentes Ⓖ
Les extrémités de myRing Forte sont formées pour épouser parfaitement les surfaces mésiale et distale de deux dents adjacentes. Cette caractéristique permet la restauration de deux cavités adjacentes en même temps. 1. Préparez les cavités en suivant le mode d'emploi, étape 1. 2. Placez les matrices et les coins sur les deux dents à restaurer. 3. Mise en place de myRing Forte. 4. Achevez la restauration en suivant les étapes de 5 à 8 du mode d'emploi.

Resserrer myRing Forte Ⓗ Ⓘ
Si myRing Forte est trop ouvert, il est possible de le resserrer en utilisant myForceps de Polydentia de la manière suivante : 1. commencez par retirer les extrémités. 2. placez myRing Forte dans les encoches de la pince. 3. serrez la pince pour redonner à myRing Forte sa forme parfaite. ✅ Serrer

es - ESPAÑOL

Sistemas de matrices seccionales
Todos los componentes individuales llevan la marca CE
Kit de productos sanitarios solo para uso profesional

Instrucciones de uso

Descripción
Este kit incorpora myRing Forte, un anillo de matriz seccional que se adapta tanto a dientes de diferentes alturas de corona como a preparaciones de cavidades anchas, gracias a sus extremidades (myTines Small, myTines Medium y myTines Large). En caso de morfologías dentales disimiles, el autoclave y las myTines sustituibles pueden utilizarse indistintamente para mejorar la adaptación de la matriz.
El kit incluye una selección de myWedge, cuñas interdentales anatómicas de plástico de alta calidad. Su forma de V hueca les permite comprimirse y adaptarse a la anatomía interproximal de los dientes, evitando dañar las papilas. Las matrices seccionales LumiContrast y QuickmatFLEX completan el surtido del kit.

Composición
myRing Forte: acero inoxidable | myTines: termoplástico
Matrices LumiContrast: acero inoxidable | Matrices QuickmatFLEX: titanio
myWedge: termoplástico

Indicaciones
myQuickmat Forte starter kit está indicado para la separación fuerte de los dientes con el fin de crear puntos de contacto en las restauraciones de cavidades de clase II. Los extremos reutilizables de forma anatómica de myRing Forte garantizan una adaptación perfecta de la matriz y myWedge forma la banda matriz en la zona cervical del diente

Contraindicaciones
Ninguna conocida.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios. Notifique inmediatamente cualquier incidente grave al distribuidor o a Polydentia.

Interacciones con otros dispositivos o productos sanitarios
No se conocen interacciones.

Información para el paciente
No es necesaria ninguna información para el paciente relacionada con myQuickmat Forte starter kit.

Conservación y almacenamiento
Almacenar en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad excesiva.

Advertencias
Debido a la presencia de componentes pequeños y afilados, es obligatorio el uso de un dique de goma para evitar la ingestión o aspiración accidentales. Asegure siempre myRing Forte con hilo dental.
En caso de aspiración accidental de un componente de myQuickmat Forte starter kit (matriz, anillo y sus extremidades, cuña), busque atención médica inmediatamente.
En caso de ingestión de un componente de myQuickmat Forte starter kit, se recomienda encarecidamente buscar atención médica e identificar los componentes ingeridos. En caso de malestar tras la ingestión, acuda inmediatamente al médico.
Todos los productos reutilizables Polydentia se suministran sin esterilizar y deben desinfectarse, limpiarse y esterilizarse adecuadamente antes del primer uso. Consulte las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización en www.polydentia.ch.

Aplicación
① **Prepare la cavidad:** Elimine la lesión cariosa y prepare el diente con una preparación conservadora de clase II. La matriz puede colocar aunque el punto de contacto no se haya roto totalmente roto. ② **Coloque la matriz:** Seleccione una banda matriz adecuada para la morfología del diente y el tipo de restauración. Coloque la matriz seccional contorneada con el borde cóncavo hacia el margen oclusal utilizando los dedos o con pinzas. ③ **Coloque la cuña:** Seleccione la myWedge del tamaño adecuado para cerrar el margen gingival, e insértela con firmeza. Cuando sea necesario, mantenga un dedo sobre la banda matriz para evitar que se descoloque al introducir la cuña. ④ **Coloque el myRing Forte:** Expanda el myRing Forte usando las myForceps de Polydentia; agrándelo solo lo suficiente como para colocarlo en el diente. Coloque con cuidado el myRing Forte sobre la cuña lo más gingivalmente posible. ⑤ **Estire la matriz:** Bruñe la banda contra el diente adyacente para que el contacto sea excelente usando un bruñidor de bola o unas pinzas. ⑥ **Restaure la cavidad:** Restaure la cavidad siguiendo las instrucciones del fabricante del material de relleno. ⑦ **Retire el sistema de matrices seccionales:** Retire myRing Forte, la cuña y la matriz. Para retirar fácilmente la matriz, sugerimos usar las pinzas myQuickmatrix de Polydentia. ⑧ **Acabado y pulido:** Elimine los pequeños excesos con fresas finas y, a continuación, pula la restauración siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Eliminación
Debido a su composición, las matrices y las cuñas no pueden esterilizarse, por lo que son dispositivos de un solo uso. No los reutilice. Desecke correctamente los dispositivos contaminados con sustancias potencialmente infecciosas de origen humano, de acuerdo con la normativa local.

Reprocesamiento de anillos
Para un reprocesamiento adecuado, eficaz y seguro del myRing Forte y sus extremidades, lea las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización en www.polydentia.ch.

Trucos y consejos para utilizar el myQuickmat Forte starter kit

Extracción de los extremos Ⓐ Ⓑ
Los extremos deben desmontarse antes del proceso de limpieza y esterilización. Para extraer los extremos correctamente, es importante conservar las aletas anatómicas internas. Asegúrese de tirar de los extremos sujetando la parte exterior.
✅ Tire de AQUÍ. ❌ NO tire de AQUÍ.

Colocación de los extremos en myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Los extremos se pueden sustituir y se suministran por pares. Puede separar los extremos fácilmente, evite presionar con los dedos las aletas anatómicas internas para no dañarlas. Asegúrese de colocar los extremos en myRing Forte tal y como se muestra en la imagen. Ⓒ POSICIONAMIENTO CORRECTO: La sección en forma de V de myTines debe estar orientada hacia abajo para colocar la cuña. DESMONTAJE CORRECTO: Extraiga myTines tirando de su cuerpo principal. No tire de las aletas.

Restauraciones MOD y de varios dientes: Ⓕ
Los anillos myQuickmat Forte están diseñados para apilarse uno sobre otro para realizar restauraciones MOD y de varios dientes. 1. Prepare las cavidades como se describe en las instrucciones de uso, paso 1. 2. Coloque las matrices y las cuñas en las superficies mesial y distal del diente a restaurar. 3. Coloque myRing Forte. 4. Complete la restauración como se describe en las instrucciones de uso, pasos 5 a 8.

Restauración de cavidades adyacentes Ⓖ
La forma de los extremos del myRing Forte está diseñada para adaptarse a la perfección a las superficies mesial y distal de dos dientes adyacentes. Esta propiedad permite restaurar dos cavidades adyacentes a la vez. 1. Prepare las cavidades como se describe en las instrucciones de uso, paso 1. 2. Coloque las matrices y las cuñas en los dos dientes a restaurar. 3. Coloque myRing Forte
4. Complete la restauración como se describe en las instrucciones de uso, pasos 5 a 8.

Restablecimiento del myRing Forte Ⓗ Ⓘ
Si myRing Forte se ha sobreexpandido, puede volver a tensarse usando las myForceps de Polydentia como se indica a continuación: 1. Extraiga los extremos en primer lugar
2. Coloque el myRing Forte en las muescas de las pinzas. 3. Apriete las pinzas para que el myRing Forte vuelva a su forma perfecta. ✅ apriete.

pt - PORTUGUÊS

Sistemas de matrizes seccionais
Todos os componentes individuais possuem marcação CE
Kit de dispositivos médicos apenas para uso profissional

Instruções de utilização

Descrição
Este kit inclui o myRing Forte, um anel de matriz seccional que se adapta tanto a dentes com diferentes alturas de coroa como a preparações de cavidades largas, graças às suas extremidades (myTines Small, myTines Medium e myTines Large). No caso de morfologias dentárias diferentes, as extremidades myTines autoclaváveis e substituíveis podem ser utilizadas de forma intercambiável para melhorar a adaptação da matriz. O kit inclui uma seleção de myWedge, cunhas interdentais anatómicas em plástico de alta qualidade. A sua forma oca em V permite-lhes comprimir e adaptar-se à anatomia interproximal dos dentes, evitando danos nas papilas. As matrizes seccionais LumiContrast e QuickmatFLEX completam o conjunto de matrizes do kit.

Composição
myRing Forte: aço inoxidável | myTines: termoplástico
Matrizes LumiContrast: aço inoxidável | Matrizes QuickmatFLEX: titânio
myWedge: termoplástico

Indicações
myQuickmat Forte starter kit é indicado para a separação forte dos dentes, graças às suas extremidades reutilizáveis de forma anatómica, myRing Forte assegura uma adaptação perfeita da matriz e myWedge forma a banda matriz em zona cervical do dente.

Contraindicações
Nenhuma conhecida.

Efeitos secundários
Não são conhecidos efeitos secundários. Comunique imediatamente qualquer incidente grave, contactando o seu distribuidor ou a Polydentia.

Interações com outros dispositivos ou produtos médicos
Não são conhecidas interações.

Informação para o paciente
Não é necessária qualquer informação para o paciente relacionada com o myQuickmat Forte starter kit.

Conservação e armazenamento
Armazenar num ambiente limpo e seco, afastado da humidade excessiva.

Advertências
Devido à presença de componentes pequenos e afiados, é obrigatória a utilização de um dique de borracha para evitar a ingestão ou aspiração acidental. Fixar sempre os myRing Forte com fio dentário.
Em caso de aspiração acidental de um componente do myQuickmat Forte starter kit (matriz, anel e respetivas extremidades, cunha), procurar imediatamente assistência médica. Em caso de ingestão de um componente do myQuickmat Forte starter kit, recomenda-se vivamente a obtenção de assistência médica e a identificação dos componentes ingeridos. Em caso de doença após a ingestão, consultar imediatamente um médico. Todos os produtos reutilizáveis da Polydentia são fornecidos não esterilizados e devem ser desinfetados, limpos e esterilizados adequadamente antes de cada utilização. Consulte as instruções de limpeza, desinfeção e esterilização em www.polydentia.ch.

Aplicação
① **Preparação da cavidade:** Remover a lesão cariosa e preparar o dente com uma preparação conservadora de classe II. Mesmo que o contacto não tenha sido totalmente interrompido, a matriz pode ser colocada. ② **Colocação da matriz:** Selecionar uma matriz seccionada com a morfologia do dente e o tipo de restauração. Com os dedos ou uma pinça, colocar a matriz seccional com o bordo côncavo virado para a face oclusal. ③ **Colocação da cunha:** Selecionar a cunha myWedge do tamanho adequado para fechar a margem gengival e inserir-la com firmeza. Se necessário, manter um dedo na matriz para evitar que esta saia do sítio durante a colocação da cunha. ④ **Colocação do myRing Forte:** Expandir o myRing Forte com a pinça myForceps da Polydentia; alargá-lo apenas o suficiente para a posicionar sobre o dente. Colocar o myRing Forte com cuidado sobre a cunha e o mais próximo possível da gengiva. ⑤ **Brunimento da matriz:** Para um excelente contacto, brunir a matriz contra o dente adjacente com um brunidor esférico ou uma pinça. ⑥ **Restauração da cavidade:** Restaurar a cavidade de acordo com as instruções do fabricante do material restaurador. ⑦ **Remoção do sistema de matrizes seccionais:** Remover o myRing Forte, a cunha e a matriz. Para facilitar a remoção da matriz, sugerimos a utilização da pinça especial myQuickmatrix Forceps da Polydentia.
⑧ **Acabamento e polimento:** Com uma broca fina, remover o material em excesso e polir a restauração de acordo com as recomendações do fabricante.

Eliminação
Devido à sua composição, as matrizes e as cunhas não podem ser esterilizadas, pelo que são dispositivos de utilização única. Não os reutilizar. Eliminar corretamente os dispositivos contaminados com substâncias potencialmente infecciosas de origem humana, de acordo com os regulamentos locais.

Reprocessamento dos anéis
Para um reprocessamento adequado, eficaz e seguro do myRing Forte e das respetivas extremidades, ler as Instruções de limpeza, desinfeção e esterilização em www.polydentia.ch.

Dicas e truques para a utilização do myQuickmat Forte starter kit

Remoção das extremidades Ⓐ Ⓑ
As extremidades devem ser desmontadas antes de qualquer processo de limpeza e esterilização. Para remover corretamente as extremidades, é importante conservar as asas anatómicas internas. Assim, as extremidades devem ser puxadas segurando pela parte externa. ✅ Puxar por AQUI. ❌ NÃO puxar por AQUI.

Colocação das extremidades no myRing Forte Ⓒ Ⓓ
As extremidades são substituíveis e fornecidas aos pares. As extremidades são fáceis de destacar, devendo evitar-se exercer pressão com os dedos sobre as asas anatómicas internas para preservá-las. Verificar sempre se as extremidades são colocadas no myRingForte da forma ilustrada. Ⓒ COLOCAÇÃO CORRETA: A secção em forma de V das extremidades myTines deve estar virada para baixo para acomodar a cunha. DESMONTAGEM CORRETA: Remover as extremidades myTines puxando pelo corpo principal. Não puxar pelas asas.

Restaurações MOD e de vários dentes Ⓕ
Os anéis myQuickmat Forte foram concebidos para serem empilhados uns sobre os outros, de forma a realizar uma restauração MOD e de vários dentes. 1. Preparar as cavidades de acordo com as instruções de utilização, passo 1. 2. Colocar as matrizes e as cunhas nas superfícies mesial e distal do dente a restaurar. 3. Colocar o myRing Forte. 4. Concluir a restauração tal como descrito nas instruções de utilização, passos 5 a 8.

Restauração de cavidades adjacentes Ⓖ
A forma das extremidades do myRing Forte permite envolver na perfeição as superfícies mesial e distal de dois dentes adjacentes. Esta particularidade permite restaurar duas cavidades adjacentes ao mesmo tempo. 1. Preparar as cavidades tal como descrito nas instruções de utilização, passo 1. 2. Colocar as matrizes e as cunhas nos dois dentes a restaurar. 3. Colocar o myRing Forte. 4. Concluir a restauração tal como descrito nas instruções de utilização, passos 5 a 8.

Recondicionamento do myRing Forte Ⓗ Ⓘ
Se o myRing Forte estiver demasiado expandido, pode ser reapertado com a pinça myForceps da Polydentia da forma que se segue: 1. começar por remover as extremidades. 2. colocar o myRing Forte dentro dos entalhes da pinça myForceps. 3. apertar a pinça myForceps e voltar a dar ao myRing Forte a forma perfeita. ✅ apertar.

no - NORSK

Seksjonsmatrisesystemer
Alle enkeltkomponenter er CE-merket
Medisinsk utstyrssett kun for profesjonell bruk

Bruksanvisning

Beskrivelse
Dette settet inneholder myRing Forte, en seksjonsmatrise-ring som tilpasser seg både tenner med forskjellige kronehøyder og forbereder brede kaviteter, takket være ekstremitetene (myTines Small, myTines Medium og myTines Large). Ved ulik tannmorfologi kan de autoklaverbare og utskiftbare myTines brukes om hverandre for å forbedre matrisetilpasningen. Settet består av et utvalg myWedge, høykvalitets, anatomiske interdentale plastkiler. Deres hule V-form lar dem komprimere og tilpasse seg den interproksimale anatomien til tennene, og forhindre skade på papillen. LumiContrast- og QuickmatFLEX-seksjonsmatriser avrunder sortimentet i settet.

Sammensetning
myRing Forte: rustfritt stål

Instructions for use

myQuickmat Forte starter kit

sectional matrix systems

polydentia swiss manufacture

Application



Tines removal

Tines placement on myRing Forte

MOD and multiple tooth restorations

Restoration of adjacent cavities

myRing Forte Reset

da - DANSK

Sektionsmatricesystemer
Alle de enkelte komponenter er CE-mærkede
Medicinsk udstyrssæt til professionel brug alene

Brugsanvisning

Beskrivelse
Dette sæt indeholder myRing Forte, en sektioneret matricering, der tilpasser sig både tænder med forskellige kronehøjde og bredde hulrum takket vare eksternteleme (myTines Small, myTines Medium og myTines Large). Tilføjede altid en tandmorfologier lav de autoklaverbare og udskiftelige myTines bruges lebende for at forbedre matricetilpasningen. Sættet består af et udvalg af myWedge – højkvalitative, anatomisk indentérdate plastkiler. Deres hule V-form gør det muligt for dem at komprimere og tilpasse sig tændernes interproksimale anatomi, hvilket forhindrer beskadigelse af papillen. LumiContrast- og QuickmatFLEX-sektionsmatricerne fuldender sættet.

Sammensætning
myRing Forte: rustfrit stål | myTines: termoplast
LumiContrast-matricer: rustfrit stål | QuickmatFLEX-matricer: titanium
myWedge: termoplast

Indikationer
myQuickmat Forte starter kit er indiceret til stærk tandskadelkelse for at skabe kontaktpunkter i restaureringen af klasse II-kavitet. myRing Fortes anatomisk formede, genvendelige bøjler giver sikker perfekt matricetilpasning, og myWedge danner matricebåndet til det cervikale område af tanden

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Bivirkninger
Der er ingen kende bivirkninger. Enhver alvorlig hændelse skal indberettes ved at kontakte distributøren eller Polydentia

Interaktioner med andet medicinsk udstyr og produkter
Der er ingen kendte interaktioner.

Information til patienten
Ingen information til patienten vedrørende myQuickmat Forte starter kit er nødvendig.

Konserverting og opbevaring
Opbevares på et rent, tørt sted på afstand af fugt eller kraftig luftfugtighed.

Advarsler
Pga. tidslevetøreelsen af små og skarpe komponenter er det obligatorisk at anvende en kofferdam for at sikre patienten mod synkning eller inhalering. Sørg altid for at afsikre myRing Forte med tandtråd. Sæg omgående læge, hvis en del fra myQuickmat Forte starter kit (matrice, holdere og tænder, myTeeter, kile) ved et uheld bliver fremaleret af patienten. Ved synkning af en del fra myQuickmat Forte starter kit anbefales det på det kraftigste at søge lægehjælp og lokalisere de sluglte komponenter. Hvis der opstår sygdom efter indtagelse, skal der omgående tages lægehjælp. Alle Polydentia produkter til flergangsbrug leveres som ikke-sterile, og de skal derfor desinficeres, rengøres og steriliseres korrekt inden første brug. Rengærings-, desinfektions- og steriliseringsanvisningerne på www.polydentia.ch skal gennemlæses.

Applikation
① **Præparer kaviteten:** Fjern carieslæsionen, og præparer tanden med en konventionel klasse II-præparation. Sørvem kontakten ikke er helt brudt, kan matricen anbringes. ② **Anbring matricen:** Vælg et passende matrickbånd i henhold til tandens morfologi og restaurationsgtypen. Anbring den kontunerede sektionsmatrice med den konkave kant mod okklusalkanten med fingrene eller med en pincet. ③ **Brug af kile:** Vælg den passende størrelse myWedge for at justere matricen cervikalt, og indsæt den fast. Mal kile der er nødvendige. Sæt kile der er blevet slugt på matricebåndet for at undgå, at det løsner sig under kileindsættelsen. ④ **Anbring myRing Forte:** Udvid myRing Forte med Polydentias myForceps. Udvid den blot tilstrækkeligt til at anbringe den på tanden. Anbring forsigtigt myRing Forte over kilen, og placer den så gingivalt, som det er muligt. ⑤ **Poler matricen:** Poler båndet mod den tilstødende tand af hensyn til god kontakt med en kugleholerer eller en pincet. ⑥ **Restaurer kaviteten:** Restaurer kaviteten i henhold til producentens anvisninger for fyldningsmaterialet. ⑦ **Fjern sektionsmatricesystemet:** Fjern myRing Forte, kilen og matricen. Vores anbefaling i forhold til nem udtagning af matricen er at benytte den særlige Polydentia myQuickmatic-tang myForceps. ⑧ **Finishering og polering:** Med et tynt bor (tørre eller lille mængde overskydende materiale, hvorefter restaureringen poleres i henhold til anbefalingerne fra producenten af finish- og poleringsinstrumenterne.

Bortskaffelse
Pga. deres sammensætning kan matricerne and kilerne ikke steriliseres, og de er derfor engangsudstyr. De må ikke genanvendes. Udstyr, der er kontamineret med potentielt smittefarlige agenser af human oprindelse, skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Rekonditionering af ringen
Med henblik på at sikre korrekt, effektiv og sikker rekonditionering myRing Forte og deres eksternetheter skal rengarings-, desinfektions- og steriliseringsanvisningerne på www.polydentia.ch gennemlæses.

Tips og tricks til anvendelse af myQuickmat Forte starter kit

Aftagning af ender Ⓐ Ⓑ
Enderne skal afmonteres far enhver rengarings- og steriliseringsproces. Afmonter enderne korrekt af ved at trække i den ekstreme del, således at de indvendige anatomiske vinger bibeholdes. ✅ Træk HERFRA. ❌ Træk IKKE HERFRA.

Endernes placering på myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Endernes laseudskiftes og leveres i par. Enderne kan nemt afmonteres. Undgå fingertryk på de indvendige anatomiske vinger, så de bibeholdes. Sørg for, at enderne anbringes på myRingForte som vist på figuren. Ⓔ KORREKT PLACERING: Den V-formede del af myTines skal vende mod den fri hellere basvurun. Yenden kullanilir tüm Polydentia ürünleri steril olmayan durumda sunulur ve ilk kullanım öncesinde uygun şekilde dezenfekte edilmeli, temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Lütfen www.polydentia.ch adresindeki Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatlarına bakın.

Uygulama
① **Kaviteninb hazırlanması:** Çürük lezyonunu çıkarın ve dişi konservatif Sınıf II preparasyonla hazırlayın. Temas tamamen kırılmış olmasa bile matrisi yerleştirilebilir. ② **Matrisin yerleştirilmesi:** Diş morfolojisi ve restorasyonun tipine göre uygun bir matrisi bandı seçin. Parmaklarınızla veya presel kullanarak konturlu kesiti matrisleri, ıcbükey kenarı okklüzal marjine doğru olacak şekilde yerleştirin. ③ **Kamanın yerleştirilmesi:** Gingival marjin kapatmak için uygun büyüklüğe bir myWedge kama seçin ve sıkıca yerleştirin. Kamayı yerleştirirken matriks bandının yerinden oynamaması için gerektiğinde parmağınızı matriks bandının üstünde tutun. ④ **myRing Forte'nin yerleştirilmesi:** myRing Forte'yi Polydentia myForceps'i kullanarak açın dişin üzerine konumlandırın ve yeterli kadar genişletin. myForceps'i Forte'yi mümkün olduğunca diş etli sınırına oturtarak kamanın üzerine dikkatlice yerleştirin. ⑤ **Matriksin parlatılması:** Mükemmel bir temas için bir bilyeli parlatıcı veya presel kullanarak komşu dişin kontaktını parlatın. ⑥ **Kaviteyi restore edilmesi:** Dolgu materyali üreticisinin endikasyonlarına göre kaviteyi restore edin. ⑦ **Kesitli matriks sisteminin çıkarılması:** myRing Forte, kama ve matriksi çıkarın. Matriksin kolay çıkarılması için özel Polydentia myQuickmatic Forceps kullanılmasını öneriz. ⑧ **Bitirme ve polisaj:** İnce bir freze küçük fazlalığı giderdikten sonra üreticinin tavsiyelerine uygun şekilde restorasyonu parlatın.

Bertaraf
Matrisler ve kamalar bileşiminlerinden dolayı sterilize edilemezler ve bu yüzden tek kullanımlık cihazlardır. Bu ürünleri tekrar kullanmayın. İnsan kaynaklı potansiyel olarak enfeksiyöz maddelerle kontamine olmuş cihazları yerel düzenlemeler uyarınca uygun şekilde bertaraf edin.

Halkanın yeniden işlenmesi
myRing Forte ve uçlarının uygun, etkili ve güvenli şekilde yeniden işlenmesi için www.polydentia.ch adresindeki Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatlarını okuyun.

myQuickmat Forte starter kitinin kullanımına ilişkin ipuçları ve püf noktaları

Başlıkların çıkarılması Ⓐ Ⓑ
Kutu ve kilit mekanizmasının işlemiden önce başlıklar sökülmelidir. Başlıkları doğru şekilde çıkarmak için iç kısımdaki anatomik kanalların kurumasını önemlidir. Başlıkları dış kısmından tutup çekmeye dikkat edin. ✅ BURADAN çekin. ❌ BURADAN ÇEKMEYİN.

myRing Forte üzerine başlıkların takılması Ⓒ Ⓓ
Başlıklar çiftler halinde teslim edilir ve değiştirilebilir. Başlıkları kolayca çıkarabilirsiniz. İç kısımdaki anatomik kanallar kurumak için bunların üzerine parmağınızla bastırmamaya dikkat edin. Başlıkları myRing Forte üzerine resimde gösterildiği şekilde yerleştirmeye dikkat edin. Ⓔ DOĞRU KONUMLANDIRMA: myTines'in v şeklili kısmı, kanayı barındırdığı şekilde aşağı bakmalıdır. DOĞRU SÖKME: myTines'i, ana gövdeden çekerek çıkarın. Kanatlarından tutarak çekmeyin.

MOD ve çoklu dişi restorasyonları Ⓕ
myQuickmat Forte halkalar, MOD ve çoklu dişi restorasyonu gerceklestirmek için birbirinin üstüne konulacak şekilde tasarlanmıştır. 1. Kavitelerl, kulların talimatlarına 1. adımda tarif edildiği şekilde prepare edin. 2. Matriksleri ve kamaları restore edilecek dişin hem mezial hem distal yüzeylerine yerleştirin. 3. myRing Forte'yi konumlandırın. 4. Kulların talimatlarının 5 ila 8. adımlarında tarif edildiği şekilde restorasyonu tamamlayın.

Komşu kavitelerin restorasyonu Ⓖ
myRing Forte başlıkları iki komşu dişin mezial ve distal yüzeylerini mükemmel olarak kavrayacak biçimde şekillendirilmiştir. Bu özellik iki komşu kavitenin aynı zamanda restorasyonunu olanak sağlar. 1. Kavitelerl, kulların talimatlarının 1. adımında tarif edildiği şekilde prepare edin. 2. Matriksleri ve kamaları restore edilecek her iki dişe de yerleştirin. 3. myRing Forte'yi konumlandırın. 4. Kulların talimatlarının 5 ila 8. adımlarında tarif edildiği şekilde restorasyonu tamamlayın.

myRing Forte'yi Ayarlama Ⓗ Ⓘ
myRing Forte aşırı genişletilmisse aşağıda açıklandığı şekilde Polydentia myForceps kullanılarak yeniden daraltılabilir: 1. önce başlıkları çıkarın. 2. myRing Forte'yi forceps üzerindeki centikler arasına yerleştirin. 3. myRing Forte'yi mükemmel şekilne dondürmek için forsepsi sıkın. ✅ sıkın.

el - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συστήματα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα φέρουν σήμανση CE
Κιτ ιατροτεχνολογικών προϊόντων μόνο για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή
Το παρόν κιτ διαθέτει το myRing Forte, έναν δακτύλιο τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων που προσαρμόζεται τόσο σε δόντια διαφόρου ύψους κορώνας όσο και σε παρακοιλώματα ευρείας κοιλότητας, χάρη στα ρύγχη του (myTines Small, myTines Medium και myTines Large). Σε περίπτωση ανόμοιων μορφολογιών των δοντιών, τα αποτελούμενα σε αυτόκαυτο και αντικαταστάσιμα myTines μας εξασφαλίζουν μία τη βελτίωση της προσαρμογής των τεχνητών τοιχωμάτων. Το κιτ περιλαμβάνει μια επιλογή από myWedge, υψηλής ποιότητας, ανατομικές μεροδότες πλαστικές σφήνες. Το κοίλο σχήμα V τους επιτρέπει τη συμπίεση και τη προσαρμόζονται στην άμορφη ανατομία των δοντιών, αποτρέποντας τυχόν βλάβη της θηλώματος. Τη γκομά τεχνητών τοιχωμάτων του κιτ συμπληρώνουν τα τμηματικά τεχνητά τοιχώματα LumiContrast και QuickmatFLEX.

Σύνθεση
myRing Forte: ανοξείδωτος χάλυβας | myTines: θερμοπλαστικό
Τμηματικά τεχνητά τοιχώματα LumiContrast: ανοξείδωτος χάλυβας
QuickmatFLEX τμηματικά τεχνητά τοιχώματα: τιτάνιο
myWedge: θερμοπλαστικό

Ενδείξεις
Το myQuickmat Forte starter kit ενδείκνυται για ισχυρό διαχωρισμό των δοντιών για τη δημιουργία σημείων επαφής στην αποκατάσταση κοιλοτήτων κατηγορίας II. Τα ανατομικά σχεδιασμένα, επαναχρησιμοποιήσιμα άκρα του myRing Forte διασφαλίζουν τέλεια προσαρμογή των τεχνητών τοιχωμάτων. Η χρήση myWedge σχηματίζει το τεχνητό τοίχωμα στην αυχενική περιοχή του δοντιού

Αντενδείξεις
Καμία γνωστή

Παρενέργειες
Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Αναφέρετε έγκαιρα οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό επικινδυνότητας για τον δικαιούμα σας ή την Polydentia.

Αλληλεπιδράσεις με άλλες ιατρικές συσκευές ή προϊόντα
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις..

Πληροφορίες για τον ασθενή
Δεν είναι απαραίτητες πληροφορίες για τον ασθενή σχετικά με το myQuickmat Forte starter kit.

Συντήρηση και αποθήκευση
Φυλάσσεται σε καθαρό, στεγνό περιβάλλον μακριά από υγρασία.

Προειδοποιήσεις
Λόγω της παρουσίας μικρών και αιχμηρών εξαρτημάτων, είναι υποχρεωτική η χρήση έλασσονού απομονωτήρα για την αποφυγή τυχαίας κατάποσης ή αναρρόφησης. Πάντα να στερεώνετε το myRing Forte χρησιμοποιώντας οδοντικό νήμα. Σε περίπτωση τυχαίας αναρρόφησης εξαρτήματος του myQuickmat Forte starter kit (τεχνητών τοιχωμάτων, δακτύλιος και τα ρύγχη του, σφήνα) αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης εξαρτήματος του myQuickmat Forte starter kit, συνιστάται θερμά να ενημερώσετε ιατρική βοήθεια και να εντοπίσετε τα εξαρτήματα που έχουν καταποθεί. Εάν εμφανιστεί ασθένεια μετά την κατάποση, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό. Όλα τα επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα Polydentia παρέχονται χωρίς αποστειρωμένα και πρέπει να επαναλαμβάνονται, να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται δύο πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στις Οδηγίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης στη διεύθυνση www.polydentia.ch.

Εφαρμογή
① **Παρασκευάστε την κοιλότητα:** Αφαιρέστε την τερηδονική βλάβη και προετοιμάστε το δόντι με συντηρητική παρασκευή κατηγορίας II. Ακόμα και αν η επαφή δεν έχει καταστραφεί τελείως, το τεχνητό τοίχωμα μπορεί να τοποθετηθεί. ② **Τοποθέτηση το τεχνητό τοίχωμα:** Επιλέξτε ένα κατάλληλο τεχνητό τοίχωμα σύμφωνα με τη μορφολογία του δοντιού και τον τύπο της αποκατάστασης. Τοποθετήστε το διαμορφωμένο τμηματικό τεχνητό τοίχωμα με την κοίλη άκρη προς το συγκλειστικό άρχο χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα σας ή με λαβίδα. ③ **Τοποθέτηση σφήνας:** Επιλέξτε την κατάλληλου μεγέθους σφήνα myWedge και κλείστε το ανλικό όριο και εισαγάγετέ τη σταθερά. Όταν χρειάζεται, κρατήστε ένα δάκτυλο επάνω στο τεχνητό τοίχωμα για να αποφύγετε τυχόν μετατόπιση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της σφήνας. ④ **Τοποθέτηστε το myRing Forte:** Ανοίξτε το myRing Forte χρησιμοποιώντας τη λαβίδα myForceps της Polydentia. Διεύρυνέτε το τόσο, όσο είναι αρκετό για την τοποθέτησή του επάνω στο δόντι. Τοποθέτηστε προσεκτικά το myRing Forte επάνω από τη σφήνα, έσω το δυνατόν πιο κοντά στα ούλα. ⑤ **Διαμορφώστε τα τεχνητό τοίχωμα:** Διαμορφώστε τα τεχνητό τοίχωμα επάνω στο όμορο δόντι για να επιτύχετε εξαιρετική επαφή, χρησιμοποιώντας εργαλείο λείανσης με σφαιρική κεφαλή λαβίδα. ⑥ **Διενεργήστε αποκατάσταση:** Διενεργήστε αποκατάσταση της κοιλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμφρακτικού υλικού. ⑦ **Αφαιρέστε το σύστημα τμηματικού τεχνητού τοιχώματος:** Αφαιρέστε το myRing Forte, τη σφήνα και τα τεχνητό τοίχωμα. Για ευκολότερη αφαίρεση του τεχνητού τοιχώματος, να χρησιμοποιήσετε την ειδική λαβίδα myQuickmatrix Forceps της Polydentia. ⑧ **Φινίρισμα και στίλβωση:** Αφαιρέστε τις μικρές περίσσειες με λίπτπτς φράζζς και στη συνέχεια στίλβωστε την αποκατάσταση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή των εργαλείων φινίρισματος και στίλβωσης.

Απόρριψη
Λόγω της σύνθεσής τους, τα τεχνητά τοιχώματα και οι σφήνες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Μόνο μπαταρίες και ηλεκτρονικά προϊόντα μέρος χρήσης. Μην τα επαναχρησιμοποιείτε. Απορρίψτε φυσικά τα προϊόντα που είναι μολυσμένα με δυνητικά μολυσματικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επανεπεξεργασία δακτυλίου
Για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή επανεπεξεργασία των myRing Forte και των ρυγχών τους, διαβάστε τις Οδηγίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης στη διεύθυνση polydentia.ch.

Συμβουλές και έξυπνες λύσεις για τη χρήση του myQuickmat Forte starter kit

Αφαίρεση των άκρων Ⓐ Ⓑ
Τα άκρα πρέπει να αποσυναρμολογούνται πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού και αποστείρωσης. Για να αφαιρέσετε τα άκρα, τραβήξτε τα εξωτερικά σημαντικό να διατηρήσετε τα εσωτερικά ανατομικά πτερύγια. Τραβήξτε τα άκρα κρατώντας το εξωτερικό μέρος. ✅ Τραβήξτε από ΕΔΩ. ❌ MHN τραβάτε από ΕΔΩ.

Τοποθέτηση των άκρων στο myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Τα άκρα είναι κατασκευασμένα και παρέχονται προσαρτημένα σε ζεύγη. Μπορείτε εύκολα να τα αποσπάσετε αποφεύγοντας την πίεση με τα δάκτυλα επάνω στα εσωτερικά ανατομικά πτερύγια για να τα διατηρήσετε. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα τοποθετούνται στο myRing Forte όπως φαίνεται στην εικόνα. Ⓔ ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Το τμήμα myTines τμήτπς να είναι στραμμένο προς τα κάτω για να χωρέσει τη σφήνα. ΟΡΘΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Αφαιρέστε τα myTines τραβώντας τα από το κύριο σώμα. Μην τα τραβάτε από τα πτερύγια.

Αποκατάσταση MOD (εγγύς-μασητική-άπω) και πολλαπλές οδοντικές αποκαταστάσεις Ⓕ
Οι δακτύλιοι myQuickmat Forte είναι σχεδιασμένοι για να στοιβάζονται ο ένας επάνω στον άλλο για τη διενέργεια αποκατάστασης MOD (εγγύς-μασητική-άπω) και πολλαπλών οδοντικών αποκαταστάσεων. 1. Παρασκευάστε τις κοιλότητες όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, βήμα 1. 2. Τοποθέτηστε τεχνητά τοιχώματα και σφήνες στη σειρά που είναι επιθυμητό του δοντιού προς αποκατάσταση. 3. Τοποθέτηστε το myRing Forte. 4. Ολοκλήρωστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, βήματα 5 έως 8.

Αποκατάσταση όμορων κοιλοτήτων Ⓖ
Τα άκρα του myRing Forte είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να αγκαλιάζουν την εγγύς και την άπω επιφάνεια δύο παρακείμενων δοντιών. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την αποκατάσταση δύο όμορων κοιλοτήτων ταυτόχρονα. 1. Παρασκευάστε τις κοιλότητες όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, βήμα 1. 2. Τοποθέτηστε τεχνητά τοιχώματα και σφήνες και στα δύο προς αποκατάσταση δόντια. 3. Τοποθέτηστε το myRing Forte. 4. Ολοκλήρωστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, βήματα 5 έως 8.

Επαναφορά του myRing Forte Ⓗ Ⓘ
Εάν το myRing Forte ανοίξει υπερβολικά, μπορεί να επαναφερθεί στο νέο χρησιμοποιώντας τη λαβίδα myForceps της Polydentia ως εξής: 1. αφαιρέστε τρία τα άκρα. 2. τοποθέτηστε το myRing Forte μέσα στις εγκοπές της λαβίδα 3. συμπιέστε τη λαβίδα για να την κλείσετε επαναφέροντας το myRing Forte στο τέλειο σχήμα του. ✅ Πιέστε.

bg - БЪЛГАРСКИ

секционни матрични системи
всички индивидуални компоненти са с маркировка CE
Комплект медицински изделия само за професионална употреба

Инструкция за употреба

Описание
Този комплект включва myRing Forte, секционен матричен пръстен, който се адаптира както към зъби с различна височина на коронката, така и към широки хавитетни препарации, благодарение на нарязвните се (myTines Small, myTines Medium и myTines Large). В случай на различна морфология на зъбите, автоклавируемите и сменяемите myTines могат да се използват взаимозаменяемо, за да се подобри адаптацията на матрицата. Комплектът се състои от широк избор от високоачествени анатомични интердентални пластмасови клиновe myWedge. Кухата V-образна форма им позволява да се компресират и адаптират към интерпроксималната анатомия на зъбите, като предотвратяват повреждането на папилата. Секционните матрици LumiContrast и QuickmatFLEX допълват адаптацията на комплекта.

Състав
myRing Forte: Нержаждаема стомана | myTines: термопластмаса
Матрици LumiContrast: Нержаждаема стомана
Матрици QuickmatFLEX: Титан | myWedge: термопластмаса

Показания
Комплектът myQuickmat Forte starter kit е показан за сериозна сепарация на зъби с цел създаване на контактни точки при възстановяване на кавитетите от клас II. Анатомично оформените зъбци за многократна употреба myRing Forte осигуряват перфектна адаптация на матрицата, а myWedge оформя матричната лента при цервикалната зона на зъба

Противопоказания
Няма известни

Странични ефекти
Не са известни странични ефекти. Незабавно докладвайте за всеки сериозен инцидент, като се свържете с вашия дистрибутор или с Polydentia.

Взаимодействия с други медицински изделия или продукти
Не са известни взаимодействия.

Информация за пациента
Не е необходима информация за пациента, свързана с myQuickmat Forte starter kit.

Консервация и съхранение
Съхранявайте в чиста и суха среда, далеч от влага или прекомерна влажност.

Предупреждения
Поради наличието на малки и остри компоненти, използването на гумен предпазител е задължително, за да се избегне преглъщане или вдишване на аспирация. Винаги осигурявайте myRing Forte с помощта на конец за зъби. В случай на случайно вдишване на компонент на myQuickmat Forte starter kit (матрица, пръстен и неговите накрайници, клин), потърсете незабавно медицинска помощ. В случай на погълщане на компонент от комплекта myQuickmat Forte starter kit, силно се препоръчва да се потърси медицинска помощ и да се локализират погълнатите компоненти. Ако след погълщане се появи заболяване, незабавно се свържете с лекар. Всички продукти за многократна употреба на Polydentia се доставят нестерилни и трябва да се дезинфекцират, почистват и стерилизират по подходящ начин преди всяка употреба. Моля, запознайте се с Инструкциите за почистване, дезинфекция и стерилизация на polydentia.ch.

Приложение
① **Подготовете кавитета:** Отстранете кариозната лезия и подгответе зъба с консервативна препарация от клас II. Дори ако контактът не е напълно прекъснат, матрицата може да бъде поставена. ② **Поставете матрицата:** Изберете подходяща матрична лента в зависимост от морфологията на зъба и типа на възстановяването. Поставете контурната секционна матрица с вдлъбнатия ръб към маргинала. Поставете матрицата пръстите си или пинсета. ③ **Заклинване:** Изберете подходящия размер на myWedge, за да затворите гингивалната граница и го вкарайте стабилно. Ако е необходимо, леко го натиснете с ръка, за да не се изтласка гингивално. За да избегнете разместването и по време на заклинването. ④ **Поставете myRing Forte:** Разширете myRing Forte с помощта на myForceps на Polydentia; Увеличете го достатъчно, за да го поставите върху зъба. Внимателно поставете myRing Forte върху клина колкото е възможно по-далеч гингивално. ⑤ **Шлифоваите матрицата:** За да се получи отличен контакт, шлифоваите лентата към съседния зъб с помощта на топчи или пинсета. ⑥ **Възстановете кавитета:** Възстановете кавитета в съответствие с инструкциите на производителя на материала за запълване. ⑦ **Свалете секционната матрична система:** Извадете myRing Forte, клина и матрицата. Нашето предложение за лесно отстраняване на матрицата е да използвате специалната пинсета Polydentia myQuickmatrix. ⑧ **Финиша обработка и полиране:** С помощта на тънко зъболекарско бормашина, отстранете малкия излишък от материал, след което полирайте възстановяването съгласно препоръките на производителя.

Изхвърляне
Поради своя състав матриците и клиновете не могат да се стерилизират и следователно са изделия за еднократна употреба. Не ги използвайте повторно. Изхвърляйте правилно уредите, замърсени с потенциално инфекциозни вещества от човешкия произход, в съответствие с местните разпоредби.

Рекондициониране на пръстени
За правилно, ефективно и безопасно рекондициониране на myRing Forte и неговите накрайници, прочетете инструкциите за почистване, дезинфекция и стерилизация на polydentia.ch.

Съвети и използване на комплекта myQuickmat Forte starter kit

Сваляне на зъбците Ⓐ Ⓑ
Преди почистване и стерилизиране зъбците трябва да се разглобят. За да се отстранят правилно зъбците, е важно да се запазят вътрешните анатомични ръбове. Уверете се, че изхвърляте зъбците, като хващате внимателно ръбовете. ✅ Изхвърляйте ОТТУК. ❌ НЕ дърпайте ОТТУК.

Поставяне на зъбците на myRing Forte Ⓒ Ⓓ
Зъбците са сменяеми и се доставят като чифтове. Можете лесно да махнете зъбците, като избягвате натиска с пръсти върху вътрешните анатомични ръбове, за да ги запазите. Уверете се, че зъбците са поставени върху myRingForte, както е показано на снимката. Ⓔ ПРАВИЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ: V-образната част на myTines трябва да е обърната надолу, за да може да се постави клинът. ПРАВИЛНО РАЗГЛОБЯВАНЕ: Извадете myTines, като ги издърпате от основния им корпус. Не ги дърпайте от myTines.

MOD и възстановяванията на няколко зъба Ⓕ
Пръстените myQuickmat Forte са проектирани така, че да могат да се поставят един върху друг за извършване на MOD и възстановяване на няколко зъба. 1. Подгответе кавитетите, както е описано в инструкциите за употреба, стъпка 1. 2. Поставете матриците и клиновете на двата зъба, които се възстановяват. 3. Позиционирайте myRing Forte. 4. Завършете възстановяването, както е описано в инструкциите за употреба, стъпки 5 до 8.

Връщане в начално състояние на myRing Forte Ⓗ Ⓘ
Ако myRing Forte е прекалено разширен, той може да бъде стегнат отново с помощта на myForceps на Polydentia по следния начин: 1. премахнете всички зъбците. 2. поставете myRing Forte в прорезите на щипците. 3. притиснете щипците, за да myRing Forte myRing Forte в перфектната му форма. ✅ Стиснете.

hu - MAGYAR

Szekcionált matricarendszerek
Minden egyes alkatrész CE-jelöléssel van ellátva
Orvostechnikai eszköz készlet kizárólag professzionális használatra

Használati utasítás

Leírás
A készlet része a myRing Forte, egy szekcionált matricagyűrű, ami a két különböző koronamagasságú foghoz és a széles előkészített kavitásokhoz is igazodik a toldalékainak köszönhetően (myTines Small, myTines Medium és myTines Large). A különböző fogmorfológiák esetében az autoklávolható és cserélhető myTines kombinálva is használható, hogy jobb matricaadaptációt biztosítson. A készlet részét képezik a különböző magas minőségű myWedge anatómiai interdentális műanyag ékek. Az üreges V alakjuk lehetővé teszi az összenyomásukat, így igazodnak a fog interproximális anatómiájához, megelőzve a papilla sérülését. A készlet LumiContrast és QuickmatFLEX sectional matrices matricák egészítik ki.

Összetétel
myRing Forte: rozsdamentes acél | myTines: hőre lágyuló műanyag
LumiContrast matrices: rozsdamentes acél | QuickmatFLEX matrices: titán
myWedge: hőre lágyuló műanyag

Javallatok
A myQuickmat Forte starter kit javallata az erős fogszeparáció biztosítása, hogy megfelelő érintkezési pontok keletkezzenek a II. osztályú kavitások restaurálása során. A myRing Forte anatómiai kialakítású újrahasználható toldalékai tökéletes matricaadaptációt tesznek lehetővé, és a myWedge hozzágazítja a matricaszalagot a fog nyaki régójához.

Ellenjavallatok
Nem ismertek.

Mellékhatások
Nincsenek ismert mellékhatások. Minden súlyos incidenst haladéktalanul jelentsen a forgalmaznak vagy a Polydentia vállalatnak.

Kölcsönhatások más orvostechnikai eszközökkel vagy termékekkel
Nincsenek ismert kölcsönhatások.

Betegtájékoztatók
A myQuickmat Forte starter kit eszközhöz kapcsolódóan nincs szükség a beteg tájékoztatására.

Tárolás
Tiszta, szaraz, nedvességtől és túlzott páratartalomtól védett környezetben tárolja.

Figyelmeztetések
Az apró és éles alkatrészek jelenléte miatt a vételen lenyelés vagy aspiráció gingivális jó intézkedés. Ez a fogszalag szükséges a fogszalag szükséges. A myRing Forte eszközt mindig fogselyemmel együl kell használni. A myQuickmat Forte starter kit valamelyik komponensének (matrica, gyűrű és toldalékai, szeparálékei) vételen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A myQuickmat Forte starter kit bármely összetevőjének lenyelése esetén nagyon ajánlott orvosi segítséget kérni és megtalálni a lenyelt összetevőket. Ha a lenyelést követően betegség alakul ki, azonnal orvoshoz kell fordulni. A Polydentia termékei többszöri használatra készülnek, mint steriler kerül forgalomba, és az első használat előtt megfelelően fertőtlenítsen, tisztítson és steriliálni kell. Kérjük, olvassa el a tisztítási, fertőtlenítési és sterilizálási utasításokat a www.polydentia.ch weboldalon.

Alkalmazás
① **Készítse elő a kavitást:** Távolítsa el a szuvasodást, majd végezze el a fog konzervatív II. osztályú preparálását. A matrica akkor is elhelyezhető, ha a kontaktus részlegesen megmaradt. ② **Helyezze be a matricát:** Válassza ki a fogmorfológiának és a restauráció típusának megfelelő matricaszalagot. Helyezze el a kontúros szekcionált matricát úgy, hogy a homorú éle az okkluzális szél felé nézzen. Használja ehhez az ujait vagy egy csipeszt. ③ **Ékelés:** Válassza ki a megfelelő méretű myWedge éket a gingivális szél lezárásához, és szorosan illessze be. Ha szükséges, tartsa az ujját a matricaszalagon, hogy megakadályozza annak elmozdulását az ékelés során. ④ **Helyezze be a myRing Forte eszközt:** Tágítsa ki a myRing Forte gyűrűt egy Polydentia myForceps fogó segítségével. Növelje annyira, hogy pontosan pozicionálhassa a fogon. Helyezze gondosan a myRing Forte eszközt az ék fölé, a lehető legközelebb az ínyhez. ⑤ **Alakítsa a matricát:** Az optimális érintkezés biztosítása érdekében a megfelelő eszközzel hajlítsa a szalagot a szomszédos fog irányába. Használjon ehhez golyós polírozót vagy csipeszt. ⑥ **Restaurálja a kavitást:** A kavitás restaurálásakor kövesse a tömőanyag gyártójának utasításait. ⑦ **Távolítsa el a szekcionált matricarendszert:** Távolítsa el a myRing Forte eszközt, az éket és a matricát. A matrica könnyebb eltávolítása érdekében használja a speciális Polydentia myQuickmatic Forceps fogót. ⑧ **Finírozás és polírozás:** Távolítsa el a felesleges anyagot egy vékony fúróval. Ezután a gyártó ajánlásai szerint finírozhatja és polírozhatja a restaurátumot.

Ártalmatlanítás
Összetétele miatt a matricák és a szeparálékek nem steriliziálhatók, ezért egyszer használatos eszközök. Ne használja fel újra. Az emberi eredetű, potenciálisan fertőző anyagokkal szennyezett eszközöket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Gyűrűrendbírozás
A myRing Forte és toldalékainak megfelelő, hatékony és biztonságos felújításáért olvassa el a tisztítási, fertőtlenítési és steriliálási utasításokat a www.polydentia.ch weboldalon.

Tippek és trükkök a myQuickmat Forte starter kit használatához

A toldalékok eltávolítása Ⓐ Ⓑ
A toldalékokat le kell szedni a tisztítás és steriliálás előtt. A toldalékok helyes eltávolításakor fontos, hogy megőrizzük a belső anatómiai szerkezetüket. A toldalékokat csak a külső részüket megfogva szabad lehúzni. ✅ ITT húzza meg. ❌ NE ITT húzza.

A toldalékok felhelyezése a myRing Forte eszközre Ⓒ Ⓓ
A toldalékok cserélhetők, és párban szállítjuk azokat. Könnyen eltávolíthatók. A toldalékok könnyedén eltávolíthatók, a belső anatómiai szerkezet épségének megőrzése érdekében ne nyomja meg azokat. Győződjön meg arról, hogy a toldalékok az ábrán bemutatottak szerint helyezi a myRing Forte eszközre. Ⓔ HELYES POZICIONÁLÁS: A myTines V alakú részének lefelé k